

COMUNICADO 01

INVITACION A COTIZAR 071- 2020

La División de Recursos Humanos se permite informar a continuación las inquietudes y respuestas de los interesados en la Invitación a Cotizar relacionada con el **“ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO E INVESTIGACIONES”**, así:

1. AVÁNTIKA

	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Por medio de la presente enviamos a la entidad las siguientes observaciones y solicitudes de aclara referentes al proceso 071-2020: Confirmar si los ítems 1,2,3,4,5 y 6 pertenecen al lote 1 (\$57.387.610) y los Items 7,8,9,10,11,12 y 13 pertenecen al lote 2 (\$7.834.767)	Es correcta la apreciación al respecto del presupuesto, sin embargo es importante aclarar que la selección por ítem, hace referencia a cada uno de los elementos de la CAPÍTULO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en la DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS y no al lote completo del presupuesto.
2	ENTREGA DE EQUIPOS: aclarar si los equipos serán instalados en un primer ó segundo piso • ITEM 4: VORTEX, solicitamos que se permita un margen de ± 5 cm en cada dimensión	Es en un primer piso, pero se deben subir escaleras dada la ubicación y características geográficas del edificio. Las propuestas deben cumplir las especificaciones solicitadas.

2. SANITAS SAS

	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Teniendo en cuenta que en el pliego de condiciones numeral 3.1 CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL SERVICIO- DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS para los ítems Nos, 2, 3, 5 Y 9 figuran unos presupuestos y en EL ANEXO No. 2 FORMATO PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, figuran presupuestos distintos, solicitamos hacer claridad sobre cuál es el verdadero presupuesto para cada ítem y así evitar confusiones en la presentación de la oferta.	Los valores correctos son los publicados en los términos de referencia, por lo tanto se corrige el Anexo 2.
2	De acuerdo a los términos de referencia y al anexo 2 de la invitación a cotizar 071-2020 tenemos una pregunta: los valores de los presupuestos estimados para algunos equipos no coinciden entre los dos documentos, ejemplo: la pipeta automática 5-50 microlandras en el documento de términos de referencia está el valor de \$3.570.000 y en el anexo 2 \$9.800.000, esto quiere decir que para las días 10 unidades ofertadas el valor máximo es de \$9.800.000?	Los valores correctos son los publicados en los términos de referencia, por lo tanto se corrige el Anexo 2.

3	El motivo del presente es conocer si para aplicar a la invitación se deben cotizar todos los ítems o se pueden cotizar solo unos ítems.	Revisar en los términos de referencia, numeral 1.8. OFERTAS “La Universidad aceptará ofertas parciales por ítem” es decir se pueden cotizar elementos específicos del Capítulo III.
---	---	---

3. MACROSEARCH	
Reciban un cordial saludo, El motivo del presente es solicitar información respecto a las retenciones que aplica la Universidad, adicional a los descuentos de Ley realizan algún otro descuento. Gracias por su atención	La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca informa que no aplica retenciones adicionales a las señaladas en la Ley.
4. ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS.	

PREGUNTA	RESPUESTA
Con el ánimo de participar en la INV 071 "Adquisición de Equipos de Laboratorio" nos permitimos hacer la siguiente observación: Favor aclarar el presupuesto estimado IVA incluido para los ítems 2 Pipeta automática de 5 - 50 ul, ítem 3 Pipeta Automática de 100 - 1000 ul e ítem 4 Vortex ya que en el anexo 2 aparece \$9.800.000, \$2.800.000 y \$2.700.000 respectivamente y en la información general del pliego capítulo III Requerimientos técnicos 3.1 Descripción de los Equipos aparece para el ítem 2 \$3.570.000, ítem 3 \$3.570.000 y para el ítem 4 \$4.096.710 Muchas gracias por su atención y quedamos muy atentos a su respuesta.	Los valores correctos son los publicados en los términos de referencia, por lo tanto, se corrige el Anexo 2.

5. QUIMICOMPANY SAS	
PREGUNTA	RESPUESTA
Ítem 2. Pipeta automática de 5-50 microlandras: Solicitamos revisar unidad de medida debido a que este equipo maneja la unidad de medida micro litros.	También se maneja La unidad de medida 5-50 microlitros(ul)
Ítem 3. Pipeta automática de 100-1000 microlandras: Solicitamos revisar unidad de medida debido a que este equipo maneja la unidad de medida micro litros.	También de maneja La unidad de medida 100-1.000 microlitros(ul)
Ítem 4. Vortex: No es indispensable la visualización de la velocidad en una pantalla digital debido a que esta se programa de forma análoga con ayuda del controlador, de tal manera se solicita amablemente la aceptación de equipos análogos para este ítem.	Las propuestas deben cumplir las especificaciones solicitadas.
Ítem 6. Medidor multiparámetros pH, conductividad, TDS, Temperatura: Se solicita confirmar si el es portátil o de mesa.	Es portátil.

6. ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS.	
PREGUNTA	RESPUESTA
Con el ánimo de participar en la INV 071 "Adquisición de Equipos de Laboratorio" nos permitimos hacer la siguiente observación: Favor aclarar el presupuesto estimado IVA incluido para los ítems 2 Pipeta automática de 5 - 50 ul, ítem 3 Pipeta Automática de 100 - 1000 ul e ítem 4 Vortex ya que en el anexo 2 aparece \$9.800.000, \$2.800.000 y \$2.700.000 respectivamente y en la información general	Los valores correctos son los publicados en los términos de referencia, por lo tanto, se corrige el Anexo 2.

del pliego capítulo III Requerimientos técnicos 3.1 Descripción de los Equipos aparece para el ítem 2 \$3.570.000, ítem 3 \$3.570.000 y para el ítem 4 \$4.096.710 Muchas gracias por su atención y quedamos muy atentos a su respuesta.	
--	--

7. DOTAGES SAS

PREGUNTA	RESPUESTA
Numeral 1.5 Plazo y lugar de ejecución: Indican que el plazo estimado es de 10 meses y que el contratista realizará entregas parciales en los plazos acordados con el supervisor del contrato. Lo anterior quiere decir que por ejemplo, del ítem # 1 piden 8 microscopios, estos deberán ser entregados y facturados en diferentes fechas o las 8 unidades se facturarán y entregarán completas en una fecha?	Una vez se adjudique la contratación se debe coordinar con el supervisor la entrega de los equipos, la cual puede ser parcial o total.
Numeral 1.8. Indican que aceptarán ofertas parciales por ítem, pero en el numeral 2.1.5 indican que se aceptarán máximo 2 certificaciones de experiencia. Sugerimos que acepten certificaciones que su sumatoria ascienda mínimo al presupuesto de los ítems cotizados y no de la totalidad del presupuesto.	Se acepta la observación, se hace la siguiente aclaración: 2.1.6. Soportes de cumplimiento de contratos – Experiencia. (COPIA) Como requisito habilitante de la propuesta, el oferente deberá acreditar la ejecución de contratos anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas de la presente invitación (Cuyo objeto este directamente relacionado con el de la presente invitación), mediante DOS (2) certificaciones y/o actas de liquidación, los cuales, deben haber sido ejecutados y terminados dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y hasta el cierre de la presente invitación y cuya sumatoria ascienda como mínimo al valor de la oferta presentada.
Numeral 3.1 Características técnicas mínimas del servicio: Indican que se debe allegar el documento de registro, inscripción y autorización de la empresa en protocolos de bioseguridad ante la Alcaldía de Bogotá. Al respecto queremos informarles que nuestra empresa no ha retornado a la oficina ya que seguimos realizando las labores por Trabajo en casa, Por favor nos aclaren como podríamos hacer ya que, por tal razón, no tenemos dicha certificación? Esa certificación será exigible en el momento de realizar las instalaciones y las entregas?	La Universidad se mantiene en lo establecido en la Invitación a Cotizar.

8. BIO-INSTRUMENTS

PREGUNTA	RESPUESTA
Dentro de la experiencia exigida se solicitan máximo dos contratos relacionados con el objeto contractual cuya sumatoria debe ascender como mínimo al presupuesto oficial. Teniendo en cuenta que la	Se acepta la observación, se hace la siguiente aclaración: 2.1.6. Soportes de cumplimiento de contratos – Experiencia. (COPIA)

Entidad acepta oferta parcial por ítem, se entiende que las certificaciones deben ajustarse a los montos establecidos por ítem o items a participar por el oferente y no por la totalidad de la oferta como se describe en el pliego, por lo anterior agradecemos a la entidad aclarar este punto.	Como requisito habilitante de la propuesta, el oferente deberá acreditar la ejecución de contratos anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas de la presente invitación (Cuyo objeto este directamente relacionado con el de la presente invitación), mediante DOS (2) certificaciones y/o actas de liquidación , los cuales, deben haber sido ejecutados y terminados dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 y hasta el cierre de la presente invitación y cuya sumatoria ascienda como mínimo al valor de la oferta presentada.
--	---

9. EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA

PREGUNTA	RESPUESTA
1. Permitir realizar ofertas por ítems	Revisar en los términos de referencia, numeral 1.8. OFERTAS “La Universidad aceptará ofertas parciales por ítem” es decir se pueden cotizar elementos específicos del Capítulo III.
ÍTEM 4. Vortex: permitir equipos con dimensiones 150x130x165 mm	Las propuestas deben cumplir las especificaciones solicitadas.
ÍTEM 6. Medidor multiparámetros pH, conductividad TDS, temperatura: Realizar aclaración sobre a qué se hace referencia con la pantalla dual; es decir, se debe visualizar el pH junto con temperatura, conductividad junto con temperatura, etc. (¿Qué se visualicen dos variables elegidas por el usuario más temperatura?)	Las propuestas deben cumplir las especificaciones solicitadas.

Atentamente,



GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ
Jefe División Servicios Administrativos

Proyectó: **Diego Mauricio Peñaloza Castro**

Supernumerario

